



NORME INTERNATIONALE ISO 8968-3:2004
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2011-11-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Lait — Détermination de la teneur en azote —

Partie 3:

Méthode de minéralisation en bloc (Méthode de routine semi-micro rapide)

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Milk — Determination of nitrogen content —

Part 3: Block-digestion method (Semi-micro rapid routine method)

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 8968-3:2004 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 34, *Produits alimentaires*, sous-comité SC 5, *Lait et produits laitiers*.

Page 8, Paragraphe 11.3

Dans la phrase existante, à la troisième ligne, remplacer l'expression «teneur en protéines» par l'expression «teneur en azote», afin de lire la phrase suivante :

«La différence absolue entre deux résultats d'essai individuels indépendants, obtenus en utilisant la même méthode sur un matériau d'essai identique, dans des laboratoires différents, par des opérateurs différents, avec un équipement différent, ne sera pas supérieure à 0,007 1 % pour la teneur en azote (0,045 % pour la teneur en protéines totales) dans plus de 5 % des cas.»