



Institut luxembourgeois de la normalisation
de l'accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services


ILNAS-EN ISO 15854:2021

**Médecine bucco-dentaire - Cires pour
coulée et pour plaque de base (ISO
15854:2021)**

Zahnheilkunde - Guss- und
Basisplattenwachse (ISO 15854:2021)

Dentistry - Casting and baseplate waxes
(ISO 15854:2021)

02/2021



Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN ISO 15854:2021 a été adoptée comme Norme Luxembourgeoise ILNAS-EN ISO 15854:2021.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) :

- Influencer et participer à la conception de normes
- Anticiper les développements futurs
- Participer aux réunions des comités techniques

<https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html>

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR

Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres moyens sans autorisation préalable !

ILNAS-EN ISO 15854:2021

NORME EUROPÉENNE **EN ISO 15854**

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

Février 2021

ICS 11.060.10

Remplace l' EN ISO 15854:2005

Version Française

**Médecine bucco-dentaire - Cires pour coulée et pour
plaque de base (ISO 15854:2021)**

Zahnheilkunde - Guss- und Basisplattenwachse (ISO
15854:2021)

Dentistry - Casting and baseplate waxes (ISO
15854:2021)

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 décembre 2020.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

Sommaire

Page

Avant-propos européen	3
-----------------------------	---

Avant-propos européen

Le présent document (EN ISO 15854:2021) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 106 « Médecine bucco-dentaire » en collaboration avec le Comité Technique CEN/TC 55 « Médecine bucco-dentaire » dont le secrétariat est tenu par DIN.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2021 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en août 2021.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu responsable de l'identification de tels ou tels brevets.

Ce document remplace l'EN ISO 15854:2005.

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 15854:2021 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 15854:2021 sans aucune modification.

Médecine bucco-dentaire — Cires pour coulée et pour plaque de base

Dentistry — Casting and baseplate waxes

**DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT**

© ISO 2021

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	v
Introduction	vi
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Classification	2
5 Exigences	2
5.1 Aspect	2
5.2 Comportement au fluage	2
5.3 Comportement lors de la sculpture	2
5.4 Comportement lors du ramollissement (Type 1)	3
5.5 Aspect après passage à la flamme (Type 2)	3
5.6 Comportement lors du ramollissement (Type 2)	3
5.7 Résidu sur dents artificielles (Type 2)	3
5.8 Comportement de la matière colorante (Type 2)	3
5.9 Adhérence lors du stockage (Type 2)	3
5.10 Résidu après ignition (Type 1)	3
5.11 Biocompatibilité	3
6 Échantillonnage	3
7 Méthodes d'essai — Généralités	4
7.1 Température ambiante	4
7.2 Vérification du fonctionnement de l'appareillage	4
8 Méthodes d'essai — Spécificités	4
8.1 Contrôle visuel	4
8.2 Fluage	4
8.2.1 Principe	4
8.2.2 Appareillage	4
8.2.3 Préparation des éprouvettes	8
8.2.4 Mode opératoire	9
8.2.5 Expression des résultats et évaluation	10
8.3 Comportement lors de la sculpture	10
8.3.1 Principe	10
8.3.2 Appareillage	10
8.3.3 Mode opératoire	10
8.4 Comportement lors du ramollissement (Type 1)	11
8.4.1 Principe	11
8.4.2 Appareillage	11
8.4.3 Mode opératoire	11
8.5 Aspect après passage à la flamme (Type 2)	11
8.5.1 Principe	11
8.5.2 Mode opératoire	11
8.6 Comportement lors du ramollissement (Type 2)	12
8.6.1 Principe	12
8.6.2 Appareillage	12
8.6.3 Mode opératoire	12
8.7 Résidu sur dents artificielles et comportement de la matière colorante pour cire (Type 2)	12
8.7.1 Principe	12
8.7.2 Appareillage	12
8.7.3 Mode opératoire	12
8.8 Adhérence lors du stockage (Type 2)	13