

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 2-6: Exigences particulières – Matériel médical de diagnostic in vitro (IVD)

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-6: Particular requirements – In vitro diagnostic (IVD) medical equipment

CORRIGENDUM

Page 12

Tableau 1 – Exigences minimales d'immunité du matériel médical de diagnostic in vitro (IVD)

Dans la quatrième colonne (Valeur d'essai), au lieu de :

5 % pendant 250/300 cycles

Lire :

Moins que 5 % pendant 250/300 cycles

Page 13

Table 1 – Minimum in vitro diagnostic (IVD) medical equipment immunity requirements

In the fourth column (Test value), instead of:

5 % during 250/300 cycles

Read:

Less than 5 % during 250/300 cycles