

# NORME INTERNATIONALE

**ISO**  
**10530**

Première édition  
1992-09-15

---

---

## **Qualité de l'eau — Dosage des sulfures dissous — Méthode photométrique au bleu de méthylène**

*Water quality — Determination of dissolved sulfide — Photometric  
method using methylene blue*



Numéro de référence  
ISO 10530:1992(F)

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 10530 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 147, *Qualité de l'eau*, sous-comité SC 2, *Méthodes physiques, chimiques et biochimiques*.

L'annexe A fait partie intégrante de la présente Norme internationale.

© ISO 1992

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation  
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

# Qualité de l'eau — Dosage des sulfures dissous — Méthode photométrique au bleu de méthylène

## 1 Domaine d'application

### 1.1 Applicabilité

La présente Norme internationale prescrit une méthode photométrique au bleu de méthylène pour le dosage des sulfures dissous dans l'eau. La présente méthode s'applique au dosage des sulfures dissous dans une gamme de concentration en masse comprise entre 0,04 mg/l et 1,5 mg/l.

De plus fortes concentrations peuvent être déterminées en réduisant puis en diluant le volume de l'échantillon d'eau utilisé.

La présente méthode s'applique aux eaux résiduaires et aux eaux naturelles devant être filtrées.

### 1.2 Interférences

Les ions suivants n'interfèrent pas avec la méthode tant que les concentrations en masse spécifiées ci-après ne sont pas atteintes ou dépassées:

Cyanure	2 mg/l
Iodure	20 mg/l
Thiosulfate	900 mg/l
Thiocyanate	900 mg/l
Sulfite	700 mg/l

Le dosage de la proportion de sulfures à partir des polysulfures sera incomplet si l'on applique le présent mode opératoire.

Des concentrations en masse de sulfure de carbone < 10 mg/l et/ou d'éthylmercaptan < 1 mg/l n'interfèrent pas avec la méthode.

Les eaux qui ne peuvent être filtrées conformément à l'article 6 ne peuvent être analysées à l'aide de la présente méthode. Dans le cas de ces eaux, on détermine les sulfures susceptibles d'être aisément libérés à pH 4. (Une Norme internationale relative à un tel dosage est en cours d'élaboration.)

## 2 Référence normative

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, l'édition indiquée était en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente de la norme indiquée ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 5667-3:1985, *Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 3: Guide général pour la conservation et la manipulation des échantillons.*

## 3 Principe

Filtration de l'échantillon d'eau afin de séparer les matières en suspension et les sulfures faiblement solubles. Conservation des sulfures dans le filtrat par addition d'une solution d'ascorbate. Entraînement gazeux à l'azote des sulfures contenus dans le filtrat et transvasement dans un flacon contenant une solution aqueuse d'acétate de zinc.

Formation de bleu de leucométhylène dans le flacon récepteur par addition d'une solution d'acide diméthyl-*p*-phénylènediamine, et oxydation en bleu de méthylène par addition d'ions fer(III). Mesurage de l'absorbance de ce complexe à une longueur d'onde de 665 nm.