

CEI 61326-2-2
(Première édition – 2005)

**Matériel électrique de mesure, de
commande et de laboratoire – Exigences
relatives à la CEM –**

**Partie 2-2: Exigences particulières -
Configurations d'essai, conditions de
fonctionnement et critères d'aptitude à la
fonction des matériels portatifs d'essai, de
mesure et de surveillance utilisés dans des
systèmes de distribution basse tension**

IEC 61326-2-2
(First edition – 2005)

**Electrical equipment for measurement,
control and laboratory use – EMC
requirements –**

**Part 2-2: Particular requirements – Test
configurations, operational conditions and
performance criteria for portable test,
measuring and monitoring equipment used
in low-voltage distribution systems**

CORRIGENDUM 1

Page 12

**5.2.4.101 Accès entrée/sortie pour essai
et mesures**

Dans la deuxième phrase du 5^e alinéa:

au lieu de:

« ...seront faites... »

lire:

« ...doivent être faites... »

et

au lieu de:

« ...1 000 Ω \pm 100 Ω ... »

lire:

« ...100 Ω \pm 10 Ω ... ».

Page 13

**5.2.4.101 Test and measurement I/O
ports**

*This correction applies to the French text
only.*