IEC 61010-2-030 fC1 Ed. 1.0 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

Withdrawn

IEC 61010-2-030
(1rst edition – 2010)

SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE –

Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits

CEI 61010-2-030
(1ère édition – 2010)

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES DE MESURAGE, DE RÉGULATION ET DE LABORATOIRE –

Partie 2-030: Exigences particulières pour les circuits de test et de mesure

CORRIGENDUM 1

101.3.3 Protection by uncertified current limitation devices or by impedances

Replace the first paragraph of item a) as follows:

a) An appropriate single component which is constructed, selected, and tested so that safety and reliability for protection against relevant HAZARDS is assured. In particular, the component shall:

Replace item b) 3) as follows:

3) meet the applicable CLEARANCE requirements of Annex K for REINFORCED INSULATION between the terminations of the combination of components.

101.3.3 Protection par des limiteurs de courant non certifiés ou des impédances

Remplacer le premier paragraphe du point a) par le suivant:

a) Un composant individuel approprié qui doit être fabriqué, choisi et essayé pour assurer la sécurité et la fiabilité pour la protection contre les DANGERS appropriés. Ce composant doit notamment avoir:

Remplacer le point b) 3) par le suivant:

3) avoir la DISTANCE D'ISOLEMENT entre les extrémités de la combinaison de composants qui respecte les exigences de l'Annexe K pour l'ISOLATION RENFORCÉE.

Annex K
(normative)

Insulation requirements not covered by 6.7

K.101.4.1 General

Delete note 3.

Table K.102

Replace the existing Table K.102 by the following:

Annexe K
(normative)

Exigences d'isolation non couvertes par 6.7

K.101.4.1 Généralités

Supprimer la note 3.

Tableau K.102

Remplacer le Tableau K.102 existant par le suivant: